

試験結果

SAMPLE 型名 1116
製造番号 063000033

設定インピーダンス	試験値	規格	測定値	判定
10M Ω	1000.00V	1V \pm 0.05V	1.000V	良
1000M Ω 以上 (∞)	1000.00V	1V \pm 0.05V	1.000V	良