

## 試験結果(Test Data)

型 名 (Model No.) : 6146  
 製造番号 (Serial No.) : 123456789

## 1.電圧発生〔4 1/2桁表示〕

(Voltage Source, 4 1/2 digit display)

レンジ(Range)	試験値(Tested)	規格下限(Min)	測定値(Data)	規格上限(Max)	判定(Pass/Fail)
30 mV	30.000 mV	29.986 mV	30.000 mV	30.014 mV	良(Pass)
	-30.000 mV	-30.014 mV	-30.000 mV	-29.986 mV	良(Pass)
300 mV	300.00 mV	299.89 mV	300.00 mV	300.11 mV	良(Pass)
	-300.00 mV	-300.11 mV	-300.00 mV	-299.89 mV	良(Pass)
3 V	3.0000 V	2.9991 V	3.0000 V	3.0009 V	良(Pass)
	-3.0000 V	-3.0009 V	-3.0000 V	-2.9991 V	良(Pass)
30 V	30.000 V	29.991 V	30.000 V	30.009 V	良(Pass)
	-30.000 V	-30.009 V	-30.000 V	-29.991 V	良(Pass)

Sample

## 2.電流発生〔4 1/2桁表示〕

(Current Source, 4 1/2 digit display)

レンジ(Range)	試験値(Tested)	規格下限(Min)	測定値(Data)	規格上限(Max)	判定(Pass/Fail)
3 mA	3.0000 mA	2.9989 mA	3.0000 mA	3.0011 mA	良(Pass)
	-3.0000 mA	-3.0011 mA	-3.0001 mA	-2.9989 mA	良(Pass)
30 mA	30.000 mA	29.989 mA	30.000 mA	30.011 mA	良(Pass)
	-30.000 mA	-30.011 mA	-30.000 mA	-29.989 mA	良(Pass)
200 mA	200.00 mA	199.91 mA	200.00 mA	200.09 mA	良(Pass)
	-200.00 mA	-200.09 mA	-200.01 mA	-199.91 mA	良(Pass)

規格（上限・下限）は、温度 $23 \pm 5$ 、相対湿度85%以下における、1年間の保証確度の値です。

Accuracy(Min/Max) is guaranteed for the duration of one year under the condition with temperature of  $23 \pm 5$ , humidity of less than 85%.