

試験結果(Test Data)

型名 (Model No.) : 6156
製造番号 (Serial No.) : 123456789

1. 電圧発生 [5 1/2桁表示] (Voltage Source, 5 1/2 digit display)

レンジ(Range)	試験値(Tested)	規格下限(Min)	測定値(Data)	規格上限(Max)	判定(Pass/Fail)
30 mV	30.0000 mV	29.9890 mV	29.9999 mV	30.0110 mV	良(Pass)
	-30.0000 mV	-30.0110 mV	-30.0002 mV	-29.9890 mV	良(Pass)
300 mV	300.000 mV	299.930 mV	300.001 mV	300.070 mV	良(Pass)
	-300.000 mV	-300.070 mV	-300.001 mV	-299.930 mV	良(Pass)
3 V	3.00000 V	2.99947 V	3.00001 V	3.00053 V	良(Pass)
	-3.00000 V	-3.00053 V	-3.00001 V	-2.99947 V	良(Pass)
30 V	30.0000 V	29.9953 V	30.0001 V	30.0047 V	良(Pass)
	-30.0000 V	-30.0047 V	-30.0001 V	-29.9953 V	良(Pass)

Sample

2. 電流発生 [5 1/2桁表示] (Current Source, 5 1/2 digit display)

レンジ(Range)	試験値(Tested)	規格下限(Min)	測定値(Data)	規格上限(Max)	判定(Pass/Fail)
3 mA	3.00000 mA	2.99935 mA	3.00001 mA	3.00065 mA	良(Pass)
	-3.00000 mA	-3.00065 mA	-3.00001 mA	-2.99935 mA	良(Pass)
30 mA	30.0000 mA	29.9935 mA	30.0001 mA	30.0065 mA	良(Pass)
	-30.0000 mA	-30.0065 mA	-30.0001 mA	-29.9935 mA	良(Pass)
200 mA	200.000 mA	199.945 mA	200.001 mA	200.055 mA	良(Pass)
	-200.000 mA	-200.055 mA	-200.001 mA	-199.945 mA	良(Pass)

規格 (上限・下限) は、温度 23 ± 5 、相対湿度85%以下における、1年間の保証確度の値です。

Accuracy(Min/Max) is guaranteed for the duration of one year under the condition with temperature of 23 ± 5 , humidity of less than 85%.