

## SAMPLE 試験結果

管理番号 : 0123456789

型名 : 12702B  
製造番号 : 123456789

試験項目	規格	試験結果	備考
1 電極寸法			
主電極 (mm)	φ 70	良(Pass)	
ガード電極 (mm)	φ 100(外形), φ 90(内径)	良(Pass)	
対向電極 (mm)	φ 103	良(Pass)	
2 絶縁抵抗			
主電極 - ガード電極	$1 \times 10^{15} \Omega$ 以上	良(Pass)	
主電極 - 対向電極	$1 \times 10^{15} \Omega$ 以上	良(Pass)	
ガード電極 - 対向電極	$1 \times 10^9 \Omega$ 以上	良(Pass)	
3 耐 圧			
対向電極 - 接地	1.5kV(1分間)	良(Pass)	
ガード電極 - 接地	1.5kV(1分間)	良(Pass)	
4 電極加圧範囲	2kg~5kg	良(Pass)	
5 試料厚さ測定範囲	0~10mm (1/100mm分解能)	良(Pass)	