

SAMPLE

試験結果
Test Data

管理番号 : 0123456789
Control No.

型名 (Model No.) : 15045-08
製造番号 (Serial No.) : 123456789

直流標準抵抗

	公称抵抗値 Resistance	確度 Accuracy	前回校正値 Test data before caribration	校正後値 Test data after caribration
1	$1 \times 10^8 \Omega$	$\pm 1 \%$	$1.000 \times 10^8 \Omega$	$1.000 \times 10^8 \Omega$
		判定(Pass/Fail)	良(Pass)	良(Pass)

印加電圧 (Supply Voltage) : 100V

性能(Specifications)

公称抵抗値 Resistance	製作許容差 Tolerance	確度 Accuracy
$1 \times 10^8 \Omega$	$\pm 2 \%$	$\pm 1 \%$
$1 \times 10^9 \Omega$	$\pm 2 \%$	$\pm 1 \%$
$1 \times 10^{10} \Omega$	$\pm 2 \%$	$\pm 1 \%$
$1 \times 10^{11} \Omega$	$\pm 5 \%$	$\pm 1 \%$
$1 \times 10^{12} \Omega$	$\pm 5 \%$	$\pm 1 \%$