

試験結果
Test Data
SAMPLE管理番号 : 0123456789
Control No.型名 (Model No.) : 82312B
製造番号 (Serial No.) : 123456789

光パワー測定 (Optical Power Measurement)

	項目 Item	規格 Specification	試験結果 Result	判定 Pass/Fail
1	測定確度/校正波長 (Measurement accuracy) 光源:405nm,1mW入力 (at 405nm,1mW)	± 2.5 %	0.10 %	良(Pass)

接続本体 : Q8230
Use Main Unit設備管理番号 : BA03313
Serial No.